



國立中正大學  
化學品及高壓氣體鋼瓶存放注意事項(含地震宣導)



# 1.請注意化學品存放位置及地震等考量因素

禁止將化學品放置於易墜落處(含桌角等易掉落處)



化學品確實放置於櫃內






# 1.請注意化學品存放位置及地震等考量因素

設玻璃門化學品櫃應養成隨手關門習慣  
避免地震等因素掉落



隨手關門防止化學品掉落





# 1.請注意化學品存放位置及地震等考量因素

開放式實驗台放置化學品應請廠商裝設防墜欄杆



防墜欄杆防止化學品傾倒





## 2.其他化學品存放注意事項


- 1.所有藥品均需有安全資料表，每三年需更新一次。藥品罐上需標示或SDS有關資料，分類儲存。
- 2.應將各藥品櫃之藥品建檔成立藥品目錄資料檔。並且設置“藥品使用登記簿”，藥品櫃須上鎖。
- 3.儲存時依固、液分離儲存為原則，對於較大瓶及強酸鹼之藥品試劑應置於下層，以策安全。
- 4.酸類、鹼類、有機溶劑應該分開存放，不得放置同一櫃子內



### 3. 請注意高壓氣體鋼瓶存放位置及地震等考量因素

應將高壓氣體鋼瓶以鋼瓶固定架或固定於牆壁等堅固物之鎖鏈加以固定(不可因新使用或暫時擱著而不固定)

以鎖鏈固定於牆壁





## 4.其他高壓氣體鋼瓶存放注意事項

- 1.溫度應保持在40°C以下。
- 2.周圍2公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。
- 3.平時使用應注意操作順序及壓力錶數值。
4. 鋼瓶未使用時，應加裝護蓋，以免倒下時節氣閥撞毀。